

Số: /TYC-BVT

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2025

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Chi - Phòng VTTBYT – SĐT: 0379.338.838.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 16h ngày 29 tháng 4 năm 2025 đến trước 16h ngày 15 tháng 5 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15/5/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục chào giá: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận (*phụ lục 01*).
- Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:
 - Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02.
 - Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa tại phụ lục 02.1 (Số phiếu tiếp nhận, số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu; Phân loại TBYT; Hồ sơ công bố tiêu chuẩn loại A, B; Mã kê khai giá) (nếu có).
 - Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (MA) các nước cho các nhóm danh mục tại phụ lục 1 (nếu có).
 - Catalogue của nhà sản xuất và kèm theo bản dịch sang tiếng việt của hàng hoá (*đính kèm file trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>*)

hoặc <https://chaogiattbyt.moh.gov.vn> hoặc vtyt.bvninhthuan@gmail.com hoặc gửi trực tiếp).

- Quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng trúng thầu có danh mục tương tự tại các Bệnh viện công lập bằng hình thức đấu thầu rộng rãi gần nhất (nếu có).

3. Địa điểm giao hàng: Kho Vật tư – Phòng VTTBYT, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 03 ngày, kể từ ngày Bệnh viện đặt hàng.

5. Dự kiến thanh toán tiền hàng: Trong vòng 03 tháng kể từ khi nghiệm thu hàng hoá.

6. Các thông tin khác:

- Số lượng báo giá: 02 bản.

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

- Hạn dùng của hàng hoá: đề nghị Quý Công ty cung cấp hạn dùng tính từ ngày Bệnh viện nhận được hàng.

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn; chaogiattbyt.moh.gov.vn.

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên danh mục báo giá; **Người nhận: Chi - Phòng VTTBYT – SĐT: 0379.338.838, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT₅

GIÁM ĐỐC

Lê Huy Thạch

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM
PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH

(Đính kèm Thư yêu cầu số: /TYC-BVT ngày / /2025 của Bệnh viện tỉnh)

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
I.	Nhóm số 1: Ống các loại			
1	Dây hút dịch	Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, không chứa DEHP. Các số 6-12. Độ dài ≥ 500mm	Cái	100.000
2	Ống thở oxy	Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, không chứa DEHP. Gồm các cỡ: sơ sinh, trẻ em, người lớn. Chiều dài ≥ 2m	Cái	50.000
3	Ống thông hậu môn	Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương Các số: 22-28. Dây dẫn dài ≥ 400mm Tiệt trùng	Cái	3.000
4	Ống thông nội khí quản	Chất liệu: nhựa PVC hoặc tương đương Kích cỡ: 2.0-10.0mm. Không bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm	Cái	1.500
5	Ống thông nội khí quản	Chất liệu: nhựa PVC hoặc tương đương. Kích cỡ: 2.5-10.0mm. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm	Cái	15.000
6	Ống thông tiểu	Chất liệu: cao su tự nhiên, phủ silicone hoặc tương đương, có bóng chèn, thể tích tới 30cc. Loại 2 nhánh, số 16 - 30	Cái	30.000
7	Ống thông tiểu	Loại 1 nhánh, số 10, chiều dài ≥ 400mm	Cái	7.000
8	Ống thông tiểu	Chất liệu: cao su thiên nhiên hoặc tương đương Loại 3 nhánh, các số: 18-24Fr	Cái	100
9	Ống thông chữ T các số	Chất liệu: cao su tự nhiên, được phủ 1 lớp silicone hoặc tương đương Phần kết nối có đường kính lớn hơn các phần khác	Cái	30
10	Ống hút đàm kín	Chất liệu PVC hoặc tương đương, không chứa DEHP, có vạch cản quang Dài ≤60cm, Đường kính ngoài ≤12Fr Đầu nối dạng chữ T với cổng bơm nước và cổng MDI, xoay được. Van cách ly dạng nút nhấn. Tiệt trùng	Cái	2.500

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
II. Nhóm số 2: Ống thông JJ				
1	Ống thông JJ	Chất liệu: Polyurethane (PU), phủ Hydrophilic Kích thước: 5 - 7Fr Chiều dài: 26cm	Cái	800
III. Nhóm số 3: Ống thông (catheter) các loại				
1	Catheter tĩnh mạch trung tâm	Chất liệu: Polyurethane Chiều dài: 20cm; Loại 1 nòng, kích cỡ nòng 14G Dây kim loại dẫn đường có đánh dấu: 1 đầu thẳng mềm, đầu còn lại hình chữ J.	Cái	150
2	Catheter tĩnh mạch trung tâm	Chất liệu: Polyurethane Đường kính: 7Fr Chiều dài: 20cm; Loại 3 nòng, kích cỡ nòng 16 - 18G Dây kim loại dẫn đường có đánh dấu: 1 đầu thẳng mềm, đầu còn lại hình chữ J. Bơm tiêm 5ml có lỗ luồn dây dẫn đường.	Cái	20
3	Bộ catheter đường hầm dùng trong lọc máu	Chất liệu: Polyurethane Đường kính: 14.5 Fr Chiều dài: 24 - 28cm Bộ catheter gồm: 1 catheter; 1 kim dẫn, 1 dây dẫn đường, 1 cây tạo đường hầm, 1 que nong, 1 dao mổ, 2 nắp đậy, van siêu âm dẫn đường.	Bộ	10
4	Catheter dẫn lưu mật qua da	Gồm: 01 ống dẫn lưu phủ hydrophilic có khóa, 01 kim dẫn đường, 01 kim chọc, 01 bộ duỗi thẳng Kích cỡ: 8-14F	Bộ	15
5	Túi dẫn lưu mật	Dùng để chứa dịch dẫn lưu Chất liệu PVC Thể tích: 800ml	Cái	25
6	Bộ catheter chạy thận nhân tạo	- Chất liệu: polyurethane - Kích cỡ 12Fr, dài 20cm Bộ catheter gồm: Dây dẫn chữ J, dài 70cm, làm bằng hợp kim Nitinol hoặc tương đương; Kim 18G; 02 Que nong: 10-12Fr; Bơm tiêm 5cc; Dao mổ số 11; 02 Nắp ống tiêm	Bộ	50

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
IV.	Nhóm số 4: Vật tư dùng trong phẫu thuật cột sống			
1	Vít đa trục	Vật liệu: Hợp kim Titan - Đầu vít kết hợp với ốc khóa trong tạo ra kiểu khóa ngàm xoắn giúp giảm phát tán lực ngang lên đầu vít, tạo lực cân bằng theo chiều dọc để giảm nghiêng lệch ở tâm. - Thiết kế đầu vít: Chiều cao: 16mm, chiều cao phần thanh dọc chạy trên đầu mũ vít: 9.7mm, chiều rộng đầu vít: 11.3mm - Thân vít có 2 luồng ren dẫn kép, tự taro, khoảng cách ren đôi là 6mm, khoảng cách ren đơn: 3mm. - Góc nghiêng ốc xoắn loại đơn: 11 độ, góc nghiêng ốc xoắn loại đôi: 21 độ, góc mở của hai ren loại đôi là 60 độ - Góc xoay đa trục tối đa: 60 độ - Đường kính: Từ 4.0-8.5mm được phân biệt sự khác nhau bằng màu sắc. - Chiều dài: Từ 25-60 mm.	Cái	50
2	Ốc khóa trong	- Vật liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính: 9.5mm. Chiều cao: 5.0mm. - Tương thích với vít cơ chế khóa mặt bích xoắn	Cái	50
V.	Nhóm số 5: Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch (Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411/Roche)			
1	Troponin T-hs	Thuốc thử dùng để định lượng troponin T tìm trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm này được dùng để hỗ trợ chẩn đoán phân biệt hội chứng mạch vành cấp nhằm xác định hoại tử cơ tim. Hộp/ 200 test	Hộp	2
2	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T-hs	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T hs. Là huyết thanh người đông khô chứa Troponin T với 2 khoảng nồng độ. Hộp/ 4x1ml	Hộp	1
3	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin T-hs	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin T hs. Là huyết thanh người đông khô chứa troponin T và troponin I với hai khoảng nồng độ cho mỗi chất. Hộp/ 4x2ml	Hộp	1
4	FT3	Thuốc thử dùng để định lượng triiodothyronine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp/ 200 test	Hộp	2
5	FT4	Thuốc thử dùng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp/ 200 test	Hộp	2

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
6	TSH	Thuốc thử dùng để định lượng thyrotropin trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp/ 200 test	Hộp	2
7	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT3	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT3. Là huyết thanh người đông khô chứa T3 với hai khoảng nồng độ. Hộp/ 4x1ml	Hộp	1
8	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4. Là hỗn hợp đậm/protein sẵn sàng để sử dụng chứa L-thyroxine với hai khoảng nồng độ. Hộp/ 4x1ml	Hộp	1
9	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH. Là một hỗn hợp huyết thanh ngựa (TSH Cal1) và một hỗn hợp huyết thanh người với TSH người (TSH Cal2) ở 2 khoảng nồng độ. Hộp/ 4x1.3ml	Hộp	1
10	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số miễn dịch Hộp/ 4x3ml	Hộp	2
11	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch. Là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ. Hộp/ 4x3ml	Hộp	2
12	CA 72-4	Thuốc thử dùng để định lượng CA 72-4 trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp/ 100 test	Hộp	14
13	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4 trên máy xét nghiệm miễn dịch. Hộp/ 4x1ml	Hộp	1
14	Testosterone	Thuốc thử dùng để định lượng testosterone trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp/ 100 test	Hộp	13
15	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Testosterone	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng testosterone Hộp/ 4x1ml	Hộp	1
16	Chất phụ gia cho bình chứa nước cất	Được sử dụng là chất phụ gia cho bình chứa nước cất, làm tăng năng suất rửa giữa các bước hút và cần thiết cho các loại xét nghiệm. Chai/ 500ml	Chai	3

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
17	Đầu côn hút mẫu	Là vật tư tiêu hao trên máy phân tích miễn dịch Hộp/ 30 x 120 cái	Hộp	9
18	Cốc phản ứng	Cốc phản ứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch Hộp/ 60 x 60 cái	Hộp	9
19	Dung dịch hệ thống	Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hoá cho máy xét nghiệm miễn dịch. Hộp/ 6 x 380ml	Hộp	10
20	Dung dịch pha loãng mẫu	Được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm. Hộp/ 2 x 16ml	Hộp	1
21	Dung dịch rửa	Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy xét nghiệm miễn dịch. Hộp/ 6 x 380ml	Hộp	10
22	Dung dịch vệ sinh máy	Dùng để vệ sinh máy phân tích miễn dịch. Hộp/ 5 x 100ml	Hộp	1

PHỤ LỤC 02
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Kính gửi: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Hạn dùng ($\geq$ tháng)	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)*(10)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									
	Tổng cộng									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày.... tháng....năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 02.1

MẪU ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Kính gửi: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Trên cơ sở yêu cầu cung cấp các tài liệu đính kèm báo giá của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] cung cấp như sau:

Stt	Stt theo thư yêu cầu chào giá	Danh mục thiết bị y tế	Tên thương mại	Mã sản phẩm	Phân loại BHYT	Hồ sơ công bố tiêu chuẩn (Loại A, B)	Số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu (Loại C, D)	Ghi chú
1								
2								
...								

....., ngày.... tháng....năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))