

Số: /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục mua sắm linh kiện sửa chữa cho thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: **Vân - Phòng VTTBYT – SĐT: 0918.808.648.**

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày phát hành yêu cầu chào giá đến trước 15h ngày 01 tháng 12 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01/12/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Mua sắm linh kiện sửa chữa cho thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (Phụ lục 01).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02.

- Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hoá: catalogue hàng hoá của nhà sản xuất, tài liệu của nhà sản xuất (nếu có).

- Nhà thầu có thể chào giá cho một hoặc nhiều nhóm danh mục, nhưng phải chào giá cho tất cả các mặt hàng trong nhóm danh mục đó, mỗi nhóm danh mục là một báo giá riêng biệt.

3. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

4. Các thông tin khác:

- Số lượng báo giá: 01 bản.

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn; chaogiattbyt.moh.gov.vn.

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: **Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên danh mục báo giá; Người nhận: Vân - Phòng VTTBYT – SĐT: 0918.808.648, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT₃

GIÁM ĐỐC

Lê Huy Thạch

PHỤ LỤC I
DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN SỬA CHỮA CHO THIẾT BỊ Y TẾ
PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH

(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 11 năm 2025)

STT	Danh mục thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
I	Mua sắm linh kiện sửa máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp			
1	Bảng điều khiển	<ul style="list-style-type: none">- Kích thước: 147 x 543.8 x 18.1(mm).- Bao gồm 5 phím màng để điều khiển máy tiệt khuẩn: Start, Cancel, Open door, Close door và Paper advance.- Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp (Model: Sterrad 100S của hãng Johnson&Johnson)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất 2024 trở về sau	Cái	1
2	Bộ kim hút hóa chất	<ul style="list-style-type: none">- Bộ van kim hút hóa chất máy tiệt khuẩn Sterrad 100S (VALVE ASSEMBLY INJECTOR).- Dùng để truyền hóa chất tiệt khuẩn từ băng hóa chất vào buồng tiệt khuẩn máy STERRAD 100S.- Độ xì tối đa: 2 x 10⁻⁶ mbar.lít/ giây.- Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp (Model: Sterrad 100S của hãng Johnson&Johnson)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất 2024 trở về sau	Cái	1
3	Hệ thống bơm hút hóa chất (Khối bơm điều khiển bằng Cassette)	<ul style="list-style-type: none">- Hệ thống bơm hút hóa chất cho máy tiệt khuẩn Sterrad sử dụng để nhận biết, điều chỉnh và định vị vị trí băng Cassette và bơm hút hóa chất từ băng Cassette thông qua bộ van kim hút hóa chất đưa vào buồng tiệt khuẩn (nạp và định vị băng đựng hóa chất cho hệ thống đọc mã vạch và động cơ bước). Tần số của motor bước điều chỉnh băng Cassette là: 400 ± 1Hz.- Nguồn điện cung cấp: +5VDC, +12VDC, -12VDC- Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp (Model: Sterrad 100S của hãng Johnson&Johnson)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất 2024 trở về sau	Cái	1

II Mua sắm linh kiện sửa máy phân tích HBA1C tự động				
1	Xy lanh lớn 5000 microlit cho G7	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất 2024 trở về sau	Cái	1
2	Kim lấy mẫu chuẩn	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất 2024 trở về sau	Cái	1
3	Màng PTFE (đầu Pittong)	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất 2024 trở về sau	Bộ	1
4	Đầu nhựa pitong	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất 2024 trở về sau	Cái	1
5	Bộ bảo trì HLC-723G8	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất 2024 trở về sau	Bộ	1
6	Van hút một chiều	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất 2024 trở về sau	Cái	1
7	Van đẩy một chiều	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất 2024 trở về sau	Cái	1
III Mua sắm linh kiện sửa máy điện giải Erba Lyte				
1	Khối rửa máy Erba Lyte	- Tương thích với máy điện giải Erba Lyte (Model: Erba Lyte CaPlus của hãng Caretium medical Instruments Co.,Ltd) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất 2024 trở về sau	Cái	1

PHỤ LỤC 02
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY:
Địa chỉ:
Điện thoại liên hệ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận**

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

1. Báo giá danh mục trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	Bảo hành	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)=(6)*(7)</i>
<i>1</i>							
<i>2</i>							
<i>n</i>	...						
Tổng cộng							...

2. Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí dịch vụ liên quan.

3. Thời gian giao hàng/ thực hiện:.... Ngày, Kể từ ngày Bệnh viện đặt hàng.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

5. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., Ngày ... tháng năm 2025
Giám đốc hoặc người được ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu)